





30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Область применения: измерение среднего объемного расхода и объема потока различных жидкостей (горячей, холодной, сточных вод, кислот, щелочей, пищевых продуктов и т. п.).

Наименование показателя	Значение показателя
Диаметр условного прохода, DN, мм: ПРУ-2х.хх ПРУ-4х.хх, ПРУ-8х.хх ПРУ-1х.х0, ПРУ-3х.х0	от DN50 до DN5000 от DN150 до DN5000 от DN80 до DN300
Температура воздуха, °С	от минус 40 до 70
Относительная влажность при 30 °С, %	100
Устойчивость к воздействию синусоидальной вибрации: - частотой, Гц - амплитудой, мм, не более	от 10 до 150 0,35
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	40000
Средний срок службы, лет, не менее	10

ФБУ "Тест-С.-Петербург"
ЗАРЕГИСТРИРОВАН КЛП
и внесен в
реестр учетной регистрации
№ 019800 от 16.08.2016

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	М.А. Сафин		10.08.2016 г.	(812) 677-51-54
Заполнил	05	М.А. Сафин		10.08.2016 г.	8 921 942 34 26
Зарегистрировал	06	Егорова М. Г.		16.08.2016	(812) 244-12-57
Ввел в каталог	07	Егорова М. Г.		15.08.2016	(812) 244-12-57